



شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی عام)
برگه استعلام کتبی

شماره: ۱
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

با سلام و احترام
این شرکت در نظر دارد جهت خرید لوازم یا خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل اقدام نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در مقابل اجناس قید شده اعلام و در خاتمه آدرس و تلفن و مهر امضاء را منظور فرمائید.
تلفن: ۷ - ۴۴۹۹۱۳۳۵ / داخلی ۲۲۳
فکس: ۴۴۹۹۰۵۸۲
همراه: ۰۹۱۰۷۰۴۶۲۵
ایمیل: import@rahavardtamin.ir

ردیف	نام کالا	مشخصات فنی / ابعاد	تعداد	قیمت (ریال)	قیمت کل (ریال)	شماره درخواست
۱	ترازو دیجیتال ۷۰ کیلوگرمی	طبق مشخصات فایل پیوست	۹ دستگاه			۵۳۸
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
۹						
۱۰						
۱۱						
				نام و امضاء استعلام گیرنده:		

شرکت دارویی ره آورد
تامین (سهامی عام)

User Requirement Specification (URS)

کد فرم: FM-284-02	تاریخ تألیف: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	شماره بازنگری: ۰۲
دست SOP مربوطه: PR-115	تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۷/۰۵/۱۰	صفحه ۱ از ۳

اطلاعات کلی	U1
کد:	U1-1
تاریخ صدور: 1405/03/22	U1-2
واحد صادر کننده: تولید روکش قرص	U1-3
هدف از صدور:	U1-4
خرید ترازو دیجیتال تمام استیل با ظرفیت توزین حداکثر ۷۰ کیلوگرم با دقت ۱۰ گرم برای توزین محصول تولیدی در تمامی واحدهای تولید و یا جایگزینی با ترازوهای آهنی و غیر استاندارد موجود.	U1-5
توضیح مختصری از مورد مصرف و یا کاربرد تجهیز/وسیله:	U2
توزین محصول تولیدی با دقت ۱۰ گرم	U2-1
بررسی سوابق و نمونه های مشابه موجود	U3
آیا نمونه مشابه و یا سابقه خرید قبلی در شرکت داریم؟ در صورت پاسخ مثبت مختصری از وضعیت آن را گزارش فرمایید؟	U3-1
بله ترازوی ۷۰ کیلوگرمی استیل شرکت پند PX7000 که به تازگی خریداری شده و در بخش تولید مشکلی نداشته است.	U3-2
بررسی نیازمندی ها و الزامات فنی و عملکردی	
نیاز به انطباق با کداسک از الزامات و استاندارد های GMP، فارماکوپه ها، رفرانس های بین المللی، ایزو و یا استاندارد های داخلی دارد؟ شرح الزام توضیح داده شود.	
مطابق با استانداردهای GMP باشد.	
از نظر طراحی، جنس، ابعاد، شکل ظاهری، قدرت و توان، ظرفیت و ... چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟	
۱ جنس بدنه تمام استیل ضد زنگ و ضد خوردگی	۸ مقاوم در برابر نفوذ ذرات، ضربه و گرد و غبار
۲ منبع تغذیه با باتری و برق شهری و مصرف انرژی بهینه با سهولت نحوه تعویض باتری	۹ واحد اندازه گیری کیلوگرم
۳ نمایشگر LCD بزرگ با نور پس زمینه واضح و خوانا	۱۰ بدنه به گونه ای باشد که حین کار از لرزش و جابجایی ناخواسته جلوگیری کند.
۴ با دقت ۱۰ گرم و همراه با گواهی کالیبراسیون	۱۱ دارای محافظ نمایشگر و استیل ۳۰۴L جهت الک باشد.
۵ ظرفیت وزنی حداکثر ۷۰ کیلوگرم	۱۲ خروجی سیم برق دوشاخه ساده و بدون هیچ تبدیل یا آداپتور باشد
۶ دارای پایه قابل تنظیم از جنس پلی یورتان سفید باشد و چشمی جهت تراز آن	۱۳ دارای کفه ثابت به اندازه ۴۰ در ۵۰ سانتی متر
۷ دارای حافظه	۱۴
معاون بهره برداری:	معاون بازرگانی:

... آیا شما هم از آن موجود است؟ بله ضمیمه گردید.

شرکت دارویی ره آورد
تامین (سهامی عام)

User Requirement Specification (URS)

کد فرم: FM-284-02	تاریخ تالیف: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	شماره بازنگری: ۰۲
کد SOP: PR-115	تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۷/۰۵/۱۰	صفحه ۲ از ۳

در زمان استفاده از آن و یا در زمان انجام عملیات چه ویژگی ها و یا امکانات کنترلی باید داشته باشد؟																																																								
نمایشگر واضح و خوانا با قابلیت نمایش در نور کم	U3-4																																																							
از نظر ساختمانی و امکانات فنی، محل استقرار آن چه شرایط و امکاناتی از نظر نوع آب، گاز، برق، روشنایی، سرمایش، گرمایش، هوای فشرده، گاز ازت، سیم کشی، لوله کشی و اتصالات باید داشته باشد؟	U3-5																																																							
اتصال به برق تک فاز																																																								
آیا نیاز به اتصال به شبکه، اینترنت، سیستم کامپیوتری و یا امکانات سخت افزاری و یا نرم افزاری خاصی دارد؟	U3-6																																																							
روشن نمیز کاری، شستشو و یا نظافت آن چگونه باید باشد؟ آیا امکانات خاصی مورد نیاز است؟	U3-7																																																							
جنس بدنه تمام استیل باشد که با شستشو دچار زنگ زدگی نشود و در برابر گرما و گردوغبار مقاوم باشد.																																																								
آیا محافظت و نگهداری و تعمیرات دوره ای و یا کالیبراسیون مورد نیاز است؟	U3-8																																																							
گواهی کالیبراسیون توسط شرکت سازنده ارائه گردد.																																																								
آیا به احراز کیفیت و معیار سازی نیاز دارد؟	U3-9																																																							
کانالوک دستگاه، گواهی جنس و گواهی کالیبراسیون ارائه گردد.																																																								
به پشتیبانی و خدمات پس از فروش، تامین قطعات مصرفی در طی دوره مصرف نیاز دارد؟ بله گارانتی مدت دار داشته باشد.	U3-10																																																							
بررسی مستندات مورد نیاز	U4																																																							
برای راه اندازی و نصب، نحوه کار نیاز به برگزاری دوره آموزشی، دفترچه راهنما، آموزش اپراتور در محل دارد؟	U4-1																																																							
بله																																																								
به نقشه های طراحی، جانمایی، تاسیسات و فنی و ... نیاز دارد؟	U4-2																																																							
خیر																																																								
آیا پروتکل معیار سازی و یا مستندات احراز کیفیت نیاز است؟	U4-3																																																							
کانالوک دستگاه، گواهی جنس و گواهی کالیبراسیون ارائه گردد.																																																								
اعلام نظر و تأیید	U5																																																							
<table border="1"> <tr> <th>ردیف</th> <th>نام</th> <th>تأیید</th> <th>امضاء</th> <th>تاریخ</th> </tr> <tr> <td>۱</td> <td>مسئول فنی</td> <td>✓</td> <td>مسئول فنی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>مسئول ایمنی</td> <td>✓</td> <td>مسئول ایمنی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>مسئول بهداشت</td> <td>✓</td> <td>مسئول بهداشت</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>مسئول محیط زیست</td> <td>✓</td> <td>مسئول محیط زیست</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td>مسئول منابع انسانی</td> <td>✓</td> <td>مسئول منابع انسانی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۶</td> <td>مسئول مالی</td> <td>✓</td> <td>مسئول مالی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۷</td> <td>مسئول حقوق</td> <td>✓</td> <td>مسئول حقوق</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۸</td> <td>مسئول بازرسی</td> <td>✓</td> <td>مسئول بازرسی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۹</td> <td>مسئول بازرسی</td> <td>✓</td> <td>مسئول بازرسی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> <tr> <td>۱۰</td> <td>مسئول بازرسی</td> <td>✓</td> <td>مسئول بازرسی</td> <td>۱۴۰۳/۰۵/۰۵</td> </tr> </table>	ردیف	نام	تأیید	امضاء	تاریخ	۱	مسئول فنی	✓	مسئول فنی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲	مسئول ایمنی	✓	مسئول ایمنی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳	مسئول بهداشت	✓	مسئول بهداشت	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۴	مسئول محیط زیست	✓	مسئول محیط زیست	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵	مسئول منابع انسانی	✓	مسئول منابع انسانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۶	مسئول مالی	✓	مسئول مالی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷	مسئول حقوق	✓	مسئول حقوق	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸	مسئول بازرسی	✓	مسئول بازرسی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۹	مسئول بازرسی	✓	مسئول بازرسی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۰	مسئول بازرسی	✓	مسئول بازرسی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	U5-1
ردیف	نام	تأیید	امضاء	تاریخ																																																				
۱	مسئول فنی	✓	مسئول فنی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۲	مسئول ایمنی	✓	مسئول ایمنی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۳	مسئول بهداشت	✓	مسئول بهداشت	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۴	مسئول محیط زیست	✓	مسئول محیط زیست	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۵	مسئول منابع انسانی	✓	مسئول منابع انسانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۶	مسئول مالی	✓	مسئول مالی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۷	مسئول حقوق	✓	مسئول حقوق	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۸	مسئول بازرسی	✓	مسئول بازرسی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۹	مسئول بازرسی	✓	مسئول بازرسی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
۱۰	مسئول بازرسی	✓	مسئول بازرسی	۱۴۰۳/۰۵/۰۵																																																				
شرح تغییرات	U6																																																							
تاریخ:	U6-1																																																							
نام واحد/متقاضی تغییر:	U6-2																																																							

شرکت دارویی ره آورد
تامین (سهامی عام)

User Requirement Specification (URS)

کد فرم: FM-284-02	تاریخ تألیف: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	شماره بازنگری: ۰۲
کد SOP: PR-115	تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۷/۰۵/۱۰	صفحه ۳ از ۳

شرح تغییر:

U6-3

پیوست: دارد ☒ ندارد

U7

نسخه ۱: واحد درخواست کننده ۲: واحد برنامه ریزی و انبار

شرکت دارویی ره آورد
تامین (سهامی عام)

User Requirement Specification (URS)

کد فرم: FM-284-02	تاریخ تألیف: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵	شماره بازنگری: ۰۲
کد SOP مرتبط: PR-115	تاریخ اجرا: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰	تاریخ اعتبار: ۱۴۰۷/۰۵/۱۰	صفحه ۴ از ۳

